



# 河北省计量科学研究所

Hebei Provincial Institute of Metrology

第 1 页 共 3 页

## 校准证书

### Calibration Certificate

证书编号: DX11-JZ0736

Certificate No.

客户名称 阳城县电力物资工程总公司

Name of Applicant

客户地址 阳城县

Address

器具名称 直流电阻测试仪 型号/规格 FS-20A

Name of Measuring Instruments

Type/size

制造单位 武汉世纪华胜科技有限公司 出厂编号 01113613

Manufacturer

No.

校准技术依据 JJG 1052-2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程

Reference Documents for the Calibration

批准人 李红

Authorized by

校准单位 (专用章)

核验员 李红

Issued by (stamp)

Inspector

校准员 李红

Operator

校准日期: 2011 年 05 月 28 日

Issued Date

Year

Month

Day

本单位是法定计量检定机构、国家认可实验室、科技成果检测鉴定省级技术机构。

法定计量检定机构授权证书号为 (国) 法计 (2007) 01012 号。

国家实验室认可委员会认可证书号为 No.L1075。

本报告出具的数据通过国家计量检定系统, 可溯源至国家计量基准。

地址: 中国河北省石家庄市友谊南大街 175 号

邮编: 050051

Add: No.175 You Yi South Street, Shijiazhuang, Hebei, China

Post Code: 050051

电话(Tel): 0311-88606666, 88637880, 88606665

传真(Fax): 0311-88606665



# 河北省计量科学研究所

Hebei Provincial Institute of Metrology 第 2 页 共 3 页

证书编号: DX11-JZ0736

Certificate No.

校准所使用的主要计量器具名称 大功率直流有源标准电阻器 型号/规格 XC2002

Measuring Instrument Type/size

扩展不确定度或准确度等级 0.05 级 证书编号 DX11-JZ0686

Expanded Uncertainty or Accuracy Class

Certificate No.

有效期至 2012 年 04 月 17 日 校准的环境条件: 温度 20 °C 湿度 52 %RH

Valid Date to Year Month Day Environment Condition in the Test: Temperature °C Humidity %RH

校准地点 河北省石家庄市友谊南大街 175 号

Calibrated At

## 校准结果

Results of Calibration

测试电流	标准值	显示值
20A	1.00000 mΩ	0.9985 mΩ
	10.0000mΩ	9.999 mΩ
	20.000 mΩ	19.99 mΩ
	50.000 mΩ	49.99 mΩ
	100.000 mΩ	99.98 mΩ
	150.00 mΩ	149.9 mΩ
	200.00 mΩ	199.9mΩ
10 A	1.00000 mΩ	0.9990mΩ
	10.0000 mΩ	9.999 mΩ
	100.000 mΩ	99.99 mΩ
	200.00 mΩ	199.9mΩ
	500.00 mΩ	499.9mΩ
	1000.00 mΩ	999.8 mΩ
	1.5000 Ω	1.499 Ω
2.0000 Ω	1.999 Ω	
测量结果的不确定度: $U_{rel} = 0.06\%$ , $k=2$		

以下空白

# 河北省计量科学研究所

Hebei Provincial Institute of Metrology

第 3 页 共 3 页

证书编号: DX11-JZ0736

Certificate No.

测试电流	标准值	显示值
5 A	1.0000 mΩ	0.9987mΩ
	10.000 mΩ	10.00 mΩ
	100.00 mΩ	100.0 mΩ
	200.00 mΩ	200.0mΩ
	500.00 mΩ	500.0mΩ
	1.0000 Ω	1.000 Ω
	1.5000 Ω	1.499 Ω
	2.0000 Ω	2.000 Ω

测量结果的不确定度:  $U_{rel} = 0.06\%$  ,  $k=2$

此证书有效期一年。  
以下空白