



河北省计量监督检测院

Hebei Institute of Metrological Supervision and Measurement

# 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: DCZT16-JZ0310

Certificate No. \_\_\_\_\_

单位名称 武汉世纪华胜科技有限公司  
Name of Applicant  
单位地址 武汉市光谷大道303号芯中心文华楼305  
Address  
器具名称 绝缘油介电强度测试仪  
Name of Measuring Instruments  
型号/规格 FS-3080  
Type/size  
出厂编号 2016031180209  
Name of Applicant  
制造单位 武汉世纪华胜科技有限公司  
Manufacturer  
校准技术依据 JJG795-2004 耐电压测试仪检定规程  
Reference Documents for the Calibration

批准人 李红  
Authorized by  
核验员 魏军  
Inspector  
校准员 李红  
Operator

校准日期 2016 年 03 月 16 日  
Issued Date Year Month Day

地址 (Add): 石家庄市友谊南大街 175  
电话 (Tel): 0311-88606665 (检测业务部)  
0311-88606666 (客户服务中心)

邮编 (Post Code): 050051  
传真 (Fax): 0311-88606665  
E-mail: hbjl\_ywb@163.com





# 河北省计量监督检测院

Hebei Institute of Metrological Supervision and Measurement

证书编号 DCZT16-JZ0310

## 校准机构授权说明:

本实验室是省级法定计量检定机构、省级科技成果鉴定检测机构。<sup>JZ0310</sup>  
法定计量检定机构授权证书号为(国)法计(2012)01012号。  
本实验室质量管理体系符合 ISO/IEC 17025 标准的要求。  
本证书出具的数据通过国家计量检定系统,可溯源至国家计量基准。

## 校准环境条件及地点:

温度	20℃	地点	B座楼208房间
相对湿度	52%	其他	/

## 校准使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	检定/校准证书编号	有效期至
数字高压表	0~120kV	1%	DCZT16-JZ5124	2017年02月25日





# 河北省计量监督检测院

Hebei Institute of Metrological Supervision and Measurement

证书编号 DCZT16-JZ0310

## 校准结果

输出电压：

显示值 (kV)	实际值 (kV)
11.0	11.01
20.5	20.51
31.1	31.11
40.6	40.61
60.5	60.51
70.9	70.91
90.3	90.31
118.2	118.21

测量结果的不确定度：:  $U_{rel} = 0.3\%$  ,  $k=2$

以下空白

- 提示：
1. 该计量器具修理后，应立即校准。
  2. 在使用过程中，如对该计量器具的计量性能产生怀疑，应重新校准。
  3. 根据客户要求或校准文件的规定，正常使用情况下 12 个月校准一次；如使用过于频繁或使用环境过于恶劣等，建议缩短校准间隔。
  4. 未经本实验室书面批准，本证书不得部分复印。